




AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
Sezione Tecnica



Gara N. 6220366

**Procedura aperta con modalità telematica
per la fornitura triennale di “Guanti chirurgici e non, materiale
monouso e ausili per incontinenti” alle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere della Calabria**


RISPOSTE AI QUESITI

Gruppo 1



REGIONE
CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
Sezione Tecnica



S.U.A. Calabria

DOMANDA N. 1

Si chiede di specificare per quanto concerne la campionatura cosa si intende per confezione primaria o come meglio specificato nell'art. 5 del Capitolato Speciale 1 confezione di vendita al pubblico???


RISPOSTA N. 1

Per confezione primaria (di vendita al pubblico) si intende la confezione intera di vendita (es. box da 50 pezzi).

DOMANDA N. 2

CHIARIMENTI rispetto ai lotti 16-88.

- 1) Si chiede che la teleria descritta ai L 22, 31a, 31b, 33, 39 possa essere realizzata oltre che in TNT tri accoppiato, in alternativa, in TNT bi accoppiato con rinforzo assorbente in polipropilene (secondo ex art. 68, D. Lgs. 163/2006). Si fa presente che il TNT a tre strati costituisce una tipologia di materiale ormai obsoleto: l'aggiornamento tecnologico permette infatti di sostituire i "tre strati" con materiali "bi accoppiato con rinforzo super assorbente" che garantiscono prestazioni superiori in termini di assorbenza e gestione dei liquidi in prossimità del campo operatorio, elevata drappeggiabilità pur mantenendo identici i livelli di impermeabilità sull'intera superficie.
- 2) Si chiede una proroga della presentazione dell'offerta visto l'enorme quantitativo di campionatura sterile (dal Lotto 16 al Lotto 88) di circa 30 giorni per permettere a più aziende la partecipazione. Se ciò non è possibile si chiede di poter presentare entro i termini della scadenza una campionatura NO sterile "demo" e successivamente quella sterile dichiarando la data di consegna della stessa.
- 3) Nel capitolato tecnico a pag. 8 viene richiesto " i prodotti sterili Teli chirurgici, Kit chirurgici dovranno essere confezionati con doppio involucro". Si chiede per i soli teli chirurgici di prevedere un unico confezionamento, questo per rendere più competitiva l'offerta economica e permettere la partecipazione a più aziende.



RISPOSTA N. 2

- 1) Sarà cura della Commissione Valutatrice prendere o meno in considerazione anche un TNT bi accoppiato con rinforzo assorbente.
- 2) Si conferma la scadenza dei termini della presentazione dell'offerta.
- 3) Si conferma quanto richiesto in Capitolato.

DOMANDA N. 3

1) Caratteristiche generali al punto 4 del Capitolato tecnico, alla voce Confezionamento vengono stabilite come quantità massima per le confezioni

50 paia di guanti per i chirurgici


100 guanti per quelli da esame

Vorremmo chiedere di estendere tali quantità e portarle ad almeno 70 per i chirurgici e 200 per quelli da esame, questo perché la nostra Azienda, ma sappiamo di non essere comunque i soli sul mercato, al fine di razionalizzare alcuni imballaggi e con il duplice obiettivo di contenere i costi e contenere materiale di smaltimento, adotta delle confezioni leggermente diverse.

Ovviamente possiamo garantire che anche con queste confezioni, non viene compromessa la qualità del guanto e la facilità di estrazione dello stesso, e questo lo possono testimoniare le migliaia di clienti che ogni giorno utilizzano i nostri guanti nel mondo.

2) Lotto 7: viene richiesto un guanto in lattice, monouso, ambidestro non sterile per procedure tecniche assistenziali e per protezione dal rischio biologico da contaminazione, asperso con polvere vegetale. Per questa tipologia di guanti viene indicata la grammatura minima di 5,5 gr. In realtà quello che viene descritto è un guanto standard in lattice per la protezione contro contaminazioni biologiche e chimiche standard. Per queste indicazioni trovano utilizzo anche guanti più leggeri, suggeriamo anche nel vostro interesse di abbassare la soglia minima del peso a 4,5 gr. Si darà spazio a più aziende con beneficio per la competizione e per l'acquisizione di prodotti di qualità e di massima garanzia ad un prezzo più economico.

3) Lotto 8: vengono richiesti guanti monouso per esame non sterili in vinile, lubrificati senza polvere....devono tutelare l'operatore sanitario nei confronti del rischio biologico da contaminazione microbica. Come per il lotto precedente viene indicata la grammatura minima di 5,5 gr. In realtà quello che viene descritto è un guanto standard in vinile per la protezione contro contaminazioni biologiche standard. Per queste indicazioni trovano utilizzo anche guanti più leggeri, suggeriamo anche nel vostro interesse anche di abbassare la soglia minima del peso a



4,5 gr. Si darà spazio a più aziende con beneficio per la competizione e per l'acquisizione di prodotti di qualità e di massima garanzia ad un prezzo più economico.

RISPOSTA N. 3

- 1) Si conferma quanto richiesto in capitolato.
- 2) Lotto 7: Si conferma quanto richiesto in capitolato.
- 3) Lotto 8: Si conferma quanto richiesto in capitolato.

DOMANDA N. 4

1) Lotto N. 59: il lotto è titolato "Mascherina a conchiglia". La descrizione è invece per una mascherina con struttura pieghevole. Si chiede di specificare quale delle due tipologie è in effetti richiesta.

2) Lotto N. 60: "Mascherina FFP3SL":

- Si chiede di specificare se richiesta la tipologia pieghevole o a conchiglia.
- Si chiede di verificare il prezzo a base d'asta perché risulta minore delle mascherine FFP2 con classe di protezione inferiore.
- La classe FFP3SL non è più valida. Le norme citate non riguardano i facciali filtranti EN 140 – EN 143.
- Si chiede di voler indicare le norme vigenti.

RISPOSTA N. 4

1) Lotto 59: Si richiede mascherina con struttura pieghevole.

2) Lotto n. 60:

- Si richiede mascherina con struttura pieghevole.
- Si conferma il prezzo a base d'asta.
- Le norme di riferimento sono EN 149:2001 + A1:2009 e s.m.i.