


		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA



AUTORITA' REGIONALE

Stazione Unica Appaltante

Viale Europa - Loc. Germaneto - 88100 CATANZARO

Procedura Aperta, con modalità telematica, per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di pacemaker e defibrillatori completi di elettrocatereteri e accessori vari per l'impianto da destinare agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Risposte alle richieste di chiarimenti (06.03.2017) (FAQ)

#	Richiesta di chiarimenti	Risposta
1	<p>Si chiede conferma in merito alla possibilità di omettere la documentazione disponibile nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici, inserendo al suo posto apposita dichiarazione in merito e fornendo per ogni prodotto il rispettivo numero di iscrizione al sito del Ministero e della relativa classe CND.</p>	<p>Si conferma.</p>
2	<p>ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA, dove recita: " la procedura non è finalizzata all'individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto ma, attraverso la stessa, si giungerà alla selezione di più soggetti (massimo cinque fornitori idonei) con i quali sottoscrivere un accordo quadro in quanto ritenuti idonei a fornire alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione i prodotti oggetto di gara, individuati e riportati nel presente capitolato" -.</p> <p>E successivamente al Disciplinare di gara al punto 5.10, dove recita: " In relazione a ciascun lotto, le Amministrazioni Contraenti, dovranno stipulare l'ordinativo di Fornitura con l'aggiudicatario primo in graduatoria di ciascun lotto"</p> <p>Si chiede quale sia l'interpretazione da dare, in quanto nel primo (CAPITOLATO - ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA), si fa esplicito riferimento alla non individuazione di un unico aggiudicatario ma nel secondo (DISCIPLINARE ART. 5.10) recita il contrario.</p> <p>Si chiede quindi conferma che il termine "dovranno" (sul disciplinare di gara art. 5.10) sia un refuso oppure si deve intendere "potranno"?</p>	<p>La procedura di che trattasi è stata attivata ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ossia <i>accordo quadro concluso con più operatori economici secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione.</i></p> <p>La stazione appaltante in ossequio alla suddetta disposizione sia nel disciplinare di gara che nel capitolato tecnico ha indicato le condizioni che dovranno essere rispettate per determinare quali operatori economici parti dell'accordo quadro dovranno effettuare le prestazioni.</p> <p>Tali condizioni sono coerentemente riportate all'art. 1 del capitolato tecnico ed al parag. 5.10 del Disciplinare di gara.</p>
3	<p>In riferimento alla presentazione delle referenze bancarie ed in seguito del Vostro chiarimento n. 7, chiediamo conferma che possano essere presentate referenze bancarie riportanti solo l'oggetto di gara senza indicazione dei lotti, in quanto da noi richieste prima della Vostra proroga e pubblicazione del chiarimento stesso.</p> <p>Tali referenze sono comunque in grado di attestare la solidità economica/finanziaria della società.</p>	<p>Si conferma.</p>

4	In riferimento al lotto 6 si fa presente che la richiesta essenziale pena esclusione di “Peso inferiore o uguale a 26 grammi” preclude l’accesso a più di un’azienda, rendendo accessibile il lotto a sole due aziende. Considerando che il peso è una caratteristica che dipende dai componenti interni al dispositivo (quali ad esempio un’antenna per la comunicazione senza fili che i dispositivi più leggeri attualmente disponibili non hanno) e che incide limitatamente sull’ingombro dello stesso, si chiede di rivedere tale richiesta, in virtù di una più ampia partecipazione al lotto delle aziende concorrenti e di una libera concorrenzialità in una gara pubblica ad evidenza regionale ad accordo quadro.	Si conferma la caratteristica del dispositivo per come approvata in capitolato.
5	In riferimento alla caratteristica migliorativa di diagnostica sulla frequenza cardiaca diurna e notturna, attività paziente e burden delle aritmie atriali per il lotto 4 si fa presente che l’attribuzione di un punteggio si/no sulla presenza contemporanea delle funzioni diagnostiche richieste precluderebbe l’offerta di dispositivi che presentano altre funzioni diagnostiche che però non verrebbero valutate (l’attribuzione di un punteggio pari a 0 favorirebbe l’offerta di un dispositivo con una diagnostica meno avanzata). Si chiede pertanto di poter considerare la richiesta come rispondenza ad almeno due delle funzioni richieste o presenza di almeno 3 funzioni diagnostiche non necessariamente coincidenti con quelle richieste.	Vedasi risposta al chiarimento n. 11 punto 6 delle FAQ 1 pubblicate in data 13.02.2017.
6	In riferimento alla richiesta di compatibilità MRI nei lotti 1-4-7-8-10-11 si chiede conferma che tale richiesta è riferita al sistema completo di cateteri a fissaggio attivo e passivo.	Si conferma
7	In riferimento alla caratteristica migliorativa energia erogata almeno 36J nel lotto 8 si chiede se la differenza di un Joule comporti differenze significative sull’efficacia dello shock.	Vedasi risposta al chiarimento n. 11 punto 11 delle FAQ 1 pubblicate in data 13.02.2017.
8	In riferimento alla Busta C – Offerta Economica, in considerazione di quanto richiesto nel Disciplinare ai punti 4.4 a) e 4.4 b, pagina 17, e del chiarimento n. 17 di cui alle FAQ pubblicate il giorno 13.02.2017, si chiede di chiarire le modalità con cui dovrà essere indicato il prezzo dei singoli componenti di un lotto (es. Dispositivo, Elettrocateretere 1, Elettrocateretere 2, etc.) all’interno della piattaforma. Si chiede inoltre di confermare se è possibile il caricamento di un file riepilogativo di tutti i codici offerti nel lotto con i rispettivi prezzi unitari di acquisto.	Il prezzo posto a base di gara è complessivo di tutti i componenti di ciascun lotto. Pertanto non è richiesto di indicare il prezzo dei singoli componenti, ma l’offerta dovrà riportare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, la percentuale di sconto da applicare su ciascun lotto a cui si intende concorrere. Non è richiesta inoltre la predisposizione di alcun file riepilogativo riportante per ciascun componente del lotto i rispettivi prezzi unitari di acquisto.
9	Per alcuni lotti è richiesta la campionatura. Potete cortesemente comunicare il n. di campioni richiesti?	Si faccia riferimento al decreto dirigenziale n. 1385 del 10.02.2017 di modifica degli atti di gara e di proroga dei termini per la presentazione delle offerte inviato alla GUUE in data 10.02.2017.

10	<p>Disciplinare di gara pag. 17 punto n. 4.4 a) BUSTA C Offerta Economicamente più vantaggiosa: viene riportato che per formulare l'offerta economica l'operatore dovrà valorizzare il campo "Offerta economica" che rappresenterà la percentuale di sconto, espressa sotto forma di ribasso, offerto dallo stesso sull'importo a base di gara e sulla base del quale verrà calcolato il relativo punteggio secondo la formula riportata nel successivo paragrafo 5.5.</p> <p>Si chiede quale importo dovrà essere inserito nel campo "Offerta Economica", importo totale impianto oppure importo complessivo totale del lotto annuale oppure importo complessivo triennale del lotto?</p> <p>Inoltre non e' specificato da nessuna parte che nel portale si potrà inserire il dettaglio di offerta prezzi dove appunto vengono specificati e quindi splittati i prezzi che compongono l'impianto (es. prezzo pm/def-prezzo elettrocatereteri etc.).</p>	Vedasi risposta al chiarimento n. 8 delle FAQ 2 .
----	--	---